

	<b>COLACEM SPA – STABILIMENTO DI RASSINA (AR)</b>  <b>ELENCO ISPEZIONI VISIVE DEL SISTEMA DI</b>  <b>ANALISI ACF-NT</b>	<b>MODULO EIV-RAS</b>
		Rev. 00 del 02.03.2009
		Pagina 1 di 1

<b><u>ELENCO ISPEZIONI VISIVE DEL SISTEMA DI ANALISI ACF-NT</u></b>	
STRUMENTO/PARAMETRO	Valori/stati di riferimento
<u>Strumento esterno di regolazione dell'aria</u> .....	..... 5 ÷ 7 bar
<u>Riduttori di pressione della bombola di gas esterna:</u>	
• analizzatore O2 gas di zero .....	..... 1,2 ± 0,1 bar
• analizzatore COT gas comburente H2 .....	..... 1,2 ± 0,1 bar
• analizzatore COT gas zero .....	..... 1,2 ± 0,1 bar
• analizzatore COT gas di span .....	..... 1,2 ± 0,1 bar
<u>Unità aria condizionata:</u>	
• colore della maglia del filtro .....	..... bianco
<u>Purificatore di aria:</u>	
• colore dell'indicatore del vapore acqueo .....	..... verde
<u>Display (valori misurati temperatura, portata e pressione):</u>	
• indicatori di controllo temperatura della sonda di prelievo, filtro riscaldato e linea di prelievo .....	..... 180 °C
• portata del gas di purga .....	..... > 200 l/h
• regolatori pressione aria strumenti (da destra a sinistra):	
- analizzatore COT aria comburente .....	..... 1,2 ± 0,1 bar
- regolatore principale .....	..... 4,0 ± 0,5 bar
- modulo ASP .....	..... 2,5 ± 0,1 bar
<u>Colore LEDs dei moduli output analogici e digitali</u> .....	..... verde
<u>Colore LEDs nel pannello di controllo:</u>	
• "Power" .....	.....Led verde: acceso
• "Maint" .....	..... Led giallo: spento
• "Error" .....	.....Led rosso: spento