

**ABC BILANCE****A.B.C. Bilance s.r.l.**

Via Canale Carpi, 8

CAMPOGALLIANO, 41011, MO

TEL. 059.527.187 - FAX 059.85.11.01

www.abcbalance.it

e-mail: info@abcbalance.it

Centro di Taratura LAT 291
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura
Accredited Calibration Laboratory



LAT 291

Rapporto N° - REV: 1114 / 2023 - 0

Data della Verifica: 24/10/2023

Pag. 1 di 3

Certificato di eseguita Verificazione Periodica di Strumenti Metrici

Organismo di Verificazione Periodica - Id. UNIONCAMERE 324

Data emissione del
certificato:

24/10/2023

Scadenza Periodica:

24/10/2026

Questo rapporto non può essere
riprodotto in modo parziale, salvo
espressa autorizzazione scritta da
parte di A.B.C. Bilance s.r.l..

Si riferisce a:

Bilancia tipo (modello):

PESA A PONTE IN BILICO

Costruttore:

DINI ARGEO

Modello:

3590XP

Matricola:

111409

Tipo strumento:

Monoscala

Classe di accuratezza:

III

	Max1	Max2	Max3
Portata (kg):	80000		
	e1	e2	e3
Divisione (kg):	20		
	n1	n2	n3
N° divisioni:	4000		

In uso all'utente metrico:

Numero REA:

Ragione sociale:

GRANCHI SRL

Sede Legale:

LOC. PONTE DI FERRO, 296 - 56045 POMARANCE PI

Stabilimento presso cui lo
strumento è in servizio:

STESSO

Il tecnico addetto alla verificazione

Molinari Mattia

Il Responsabile del Laboratorio

Paolo Solinas

**ABC BILANCE****A.B.C. Bilance s.r.l.**

Via Canale Carpi, 8

CAMPOGALLIANO, 41011, MO

TEL. 059.527.187 - FAX 059.85.11.01

www.abcbalance.it

e-mail: info@abcbalance.it

Centro di Taratura LAT 291
Calibration Centre
 Laboratorio Accreditato di Taratura
Accredited Calibration Laboratory

**LAT 291****Rapporto N° - REV: 1114 / 2023 - 0****Data della Verifica: 24/10/2023****Pag. 2 di 3**

LE OPERAZIONI DI VERIFICAZIONE PERIODICA SONO STATE EFFETTUATE A SEGUITO DI:

☐

Riparazione

☐

Ordine di aggiustamento N°

del

emesso dalla C.C.I.A.A. di

☒

Scadenza della validità della Verificazione precedente

☐

Richiesta di Verificazione Periodica anticipata

IDENTIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI VERIFICAZIONE

La verifica è stata effettuata in accordo alla Scheda A dell'Allegato III del Decreto Ministeriale n° 93 del 21 Aprile 2017

DICHIARAZIONE DI RIFERIBILITA' METROLOGICA

La catena di riferibilità ha inizio dai campioni di prima linea:

MATRICOLA	N° CERTIFICATO	DATA CERTIFICATO	CERTIFICATO EMESSO DA	TIPO CAMPIONE
4231	22-0863-01	14/11/2022	I.N.R.I.M.	Riferimento

ERRORE MASSIMO PERMESSO (EMP)

Massima della differenza, positiva o negativa, ammessa dalla regolamentazione fra l'indicazione di uno strumento ed il valore vero corrispondente, determinato mediante masse campione o pesi campione, predisponendo lo strumento preliminarmente a zero senza carico, nella posizione di riferimento (Rif. UNI CEI EN 45501).

E.M.P.	{	±	20	per un carico da	0/kg	a	10000/kg
		±	40	per un carico da	10020/kg	a	40000/kg
		±	60	per un carico da	40020/kg	a	80000/kg

**ABC BILANCE****A.B.C. Bilance s.r.l.**

Via Canale Carpi, 8

CAMPOGALLIANO, 41011, MO

TEL. 059.527.187 - FAX 059.85.11.01

www.abcbalance.it

e-mail: info@abcbalance.it

Centro di Taratura LAT 291
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura
Accredited Calibration Laboratory

**LAT 291****Rapporto N° - REV: 1114 / 2023 - 0****Data della Verifica: 24/10/2023****Pag. 3 di 3**

ELENCO PROVE EFFETTUATE E CONFORMITÀ DELLE STESSE
NEL RISPETTO DEL DECRETO MINISTERIALE N°93 DEL 21 APRILE 2017.

Prova	Esito
Controlli visivi	Superata
Prova di eccentricità	Superata
Prova di ripetibilità	Superata
Prova di accuratezza dell'azzeramento	Non applicabile
Prova di accuratezza regolazione tara	Non applicabile
Prova di mobilità	Non applicabile
Prova di carico/scarico	Superata

ESITO DELLA VERIFICAZIONE

**Esito Positivo****Esito Negativo, per le seguenti motivazioni:**

Lo Strumento Metrico risulta fuori del campo degli errori massimi previsti dalla vigente normativa.



Lo Strumento Metrico presenta difetti tali da pregiudicarne l'affidabilità metrologica.



Lo Strumento Metrico non presenta integri tutti i sigilli di protezione previsti dal provvedimento di ammissione e verifica e dagli eventuali piani di legalizzazione.

Note / commenti: